

TERMO DE RETIFICAÇÃO 2
PROCESSO DE COMPRAS Nº 0010/2024
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0010/2024
EDITAL DE PROCEDIMENTO ANÁLOGO Nº 0010/2024

TIPO: MENOR PREÇO

Processo nº 0010 0010 0010/2024

Pelo presente termo, comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital nº 010/2024, cujo objeto é aquisição de equipamentos e materiais de consumo para área de ampliação da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas com Implantação de Hemodinâmica, vem retificar o edital do processo de licitação em epígrafe, nos seguintes termos:

1. Fica excluído do “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA” as descrições “Aparelho Anestesia”, permanecendo válida as demais exigências, nos termos abaixo:

<u>Descrição</u>	<u>Quantidade em Unidades</u>
3. Aparelho de anestesia indicado para pacientes neonatos, pediátricos e adultos obeso mórbido. Móvel com 3 gavetas e 4 rodízios com freios. Modos ventilatórios Volume controlado; Pressão controlada; possibilidade do modo ventilação mandatória intermitente sincronizada, ventilação manual/espontânea; Saída de ventilação para indução anestésica via Baraka. Com ventilador eletrônico microprocessado. Fluxômetros para Oxigênio, Ar comprimido. Chave seletora para ventilação por Baraka de rápida resposta. Autoteste automático ao ligar o equipamento sem necessidade de intervenção do operador. Com sensor de fluxo distal universal para todas as categorias de paciente. Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Com função pop off na válvula APL. Desmontagem do bloco respiratório sem a necessidade de ferramentas. Tela colorida de 10.4 polegadas com monitoração de volume corrente, volume	2

minuto, fração inspirada de oxigênio, pressão de pico, pressão média e peep. Calibração do sensor de fluxo do bloco respiratório sem a necessidade de desmontar componentes internos do ventilador. Capacidade de ajuste de volume corrente, frequência respiratória, pressão inspiratória, pausa, Trigger, relação I:E, Pressão inspiratória, Pressão Máxima e Fluxo inspiratório. Pico de fluxo de até 85 L/min. Alarmes: pressão de pico, peep, FiO₂, volume mínimo, apneia, falta de energia elétrica, baixa pressão de O₂. Válvula para fluxo direto de O₂. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Bateria interna com autonomia de no mínimo 45 minutos. Com capacidade para aplicação de anestesia de baixo fluxo. Acompanha acessórios: 1 vaporizador calibrado para sevoflurano ou Isoflurano da mesma marca do aparelho de anestesia e mangueiras de gases medicinais para Ar e O₂. Monitor Multiparâmetro da mesma marca do aparelho de anestesia. Transportável, compatível com todo tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal), Pré-configurado com monitorização de ECG, Respiração, Saturação de O₂, no mínimo 3 canais de Pressão Não-invasiva, Temperatura, Pressão-invasiva, capnografia. Alarme de arritmias e eletrodo solto. Filtro para ECG durante o uso de bisturi elétrico. Display colorido em LCD com dimensão diagonal mínima de 15" com tela sensível ao toque, constituído por monitor, processador, em um único bloco, com bateria interna com autonomia de 180 minutos; alimentação elétrica AC/DC bivolt automática. Capacidade de leitura de BIS para futura aquisição dos acessórios. Apresentação dos dados numéricos de ventilação mecânica extraídos do aparelho de anestesia em tempo real. Acompanha 1 circuito adulto reutilizável, 1 circuito infantil reutilizável, 1 cabo de ECG 5 vias, 1 sensor de oximetria de pulso, 1 manguito para paciente adulto, 1 manguito para paciente infantil, 1 mangueira de pressurização do manguito, 1 sensor de temperatura e acessórios para monitorização de EtCO₂.

2. Fica alterado o item 2 (Da entrega da proposta comercial) subitem 2.1 permanecendo válida as demais exigências, o qual passará a vigorar nos termos abaixo:

“A proposta comercial (vide Anexo II) deverá ser encaminhada aos cuidados da Comissão de avaliação de procedimentos de cotação prévia através do e-mail: processocompras@santacasapatosdeminas.org devidamente assinada, no período de 12/04/2024 até o dia 02/05/2024 às 17:00 horas.”

As demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Patos de Minas – MG, 24 de abril de 2024

Odilene Gonçalves

Diretora geral

Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas